**Ergebnisse**

Achten Sie darauf, die vollen 15 Minuten zu warten.

Falls Ihr Finger noch bluten sollte, wischen Sie ihn mit einem Taschentuch ab oder verwenden Sie ein Heftpflaster.

Stimmen Sie Ihr Ergebnis sorgfältig mit den Optionen **?**, **-** und **+** ab.

Weitere Informationen zu HIV finden Sie auf der nächsten Seite.

HIV-negativ

Wenn bei C eine Linie erscheint, ist Ihr Test HIV-negativ. Es darf keine Linie bei T erscheinen.

Dies ist ein Screening-Test.

Nach 3 Monaten erneut testen.

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Begleitkarte.

**Test hat nicht funktioniert**

Wenn bei C keine Linie erscheint, hat der Test nicht funktioniert.

Dies ist ein Screening-Test. Gehen Sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.


Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Begleitkarte.

HIV positiv

Wenn zwei Linien erscheinen, auch wenn diese schwach sind, ist Ihr Test HIV-positiv.

Dies ist ein Screening-Test. Gehen Sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Begleitkarte.

**Résultats**

Assurez-vous d'attendre les 15 minutes complètes.

Si votre doigt saigne encore, essuyez-le avec un mouchoir en papier ou utilisez un pansement adhésif.

Comparez attentivement votre résultat avec les options **?**, **-** et **+**.

Voir la Carte d'assistance incluse pour plus d'informations.

Le test n'a pas fonctionné

Si aucun trait n'apparaît au niveau du C, le test n'a pas fonctionné.

Ceci est un test de dépistage. Rendez-vous dans une clinique pour d'autres tests.

Voir la Carte d'assistance incluse pour plus d'informations.

Séronégatif

Si un trait apparaît à la lettre C, c'est que vous avez été testé séronégatif. Il ne doit pas y avoir de trait au T.

Ceci est un test de dépistage. Effectuer un nouveau test après 3 mois.

IMPORTANT


Laisser le test ici, cela facilite le remplissage du tube de sang

Séropositif

Si deux traits apparaissent, même si elles sont faibles, vous êtes séropositif.

Ceci est un test de dépistage. Rendez-vous dans une clinique pour d'autres tests.

Voir la Carte d'assistance incluse pour plus d'informations.

**Risultati**

Assicurarsi di aspettare che siano trascorsi i 15 minuti.

Se il dito sanguina ancora, usa un fazzoletto o un cerotto.

Controlla attentamente se il risultato corrisponde all'opzione **?**, **-** o **+**.

Per maggiori informazioni sull'HIV, gira il foglio.

HIV negativo

Se in corrispondenza della C appare una riga, il risultato del test è negativo all'HIV. Non ci deve essere alcuna linea in corrispondenza della T.

Questo è un test di screening.

Rifare il test dopo 3 mesi.

Per ulteriori informazioni, consulta la Scheda di supporto inclusa.


HIV positivo

Se compaiono due righe, anche se tenute, il test è positivo all'HIV.

Questo è un test di screening.

Rivolgersi a un medico per eseguire un altro test.

Per ulteriori informazioni, consulta la Scheda di supporto inclusa.



newfoundland

HIV-1/2-Blut-Schnellselbsttest

Benötigen Sie Hilfe mit dem Test?

Befor Sie beginnen

Öffnen Sie die Folienverpackung erst, wenn Sie die Anleitung gelesen haben und bereit sind, den Test durchzuführen. Sofort nach dem Öffnen verwenden.

Einfachheit des Fingers

Kann ich eine Infektion bekommen, wenn ich meinen Finger einschneide?

Der Test verzichtet auf eine interne sterile Lanzette, um den Finger einzuschneiden und eine Blutprobe zu erhalten. Die grüne Sterilitätsblase stellt sicher, dass die Lanzette vor der Anwendung steril bleibt.

Wenn der Test gemäß den Anweisungen inklusive Händewaschen durchgeführt wird, besteht nur ein minimales Infektionsrisiko durch die Anwendung des HIV-Selbsttests.

Haben Sie Probleme beim Entfernen der grünen Sterilitätsblase?

Drehen Sie die grüne Sterilitätsblase zuerst um 90° und ziehen Sie sie dann heraus.

Angst vor Schmerzen?

Nach der Exposition mit HIV kann es bis zu 12 Wochen dauern, bis Ihr Körper darin ist, diese Antikörper zu produzieren. Diese Zeit während der Latenzperiode kann sehr lang sein. Wenn während dieser Zeit getestet wird, besteht nur ein minimales Infektionsrisiko durch die Anwendung des HIV-Selbsttests.

Haben Sie Probleme beim Entfernen der grünen Sterilitätsblase?

Drehen Sie die grüne Sterilitätsblase zuerst um 90° und ziehen Sie sie dann heraus.

Ist die Taste drüber? Versuchen Sie es noch einmal und drücken Sie kräftig.

Keine Sorge. Es fühlt sich an wie ein Gummiband, das gegen den Finger schnippt.

Sie werden die Nadel nicht sehen.

Sie haben die graue Taste gedrückt, seien aber kein Blut?

Ist die Taste drüber? Versuchen Sie es noch einmal und drücken Sie kräftig. Hinweis: Sticht nur einmal!

Ist die Taste drinnen? Drücken Sie Ihren Finger fest zu einem Punkt. Wenn Sie weiter kein Blut sehen, fehren Sie nicht weiter fort, sondern machen Sie einen neuen Test.

Füllen des Blutentnahmehröhrchens

Sie wissen nicht, wohin mit dem Blut?

Das Blutentnahmehröhren ist strobiegel, wie im Diagramm zu Schritt 7 auf der vorderen Seite zu sehen.

Füllen Sie das Blut nicht in das Loch der grauen Taste.

Füllen Sie das Blut nicht direkt in die Verteilung.

Füllen Sie das Blutentnahmehröhren. Es misst die richtige Menge an Blut ab.

Wenn Sie das Röhrchen mit der Haut berühren, hat dies keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Sie können das Blutentnahmehröhren nicht füllen?

Wenn das Blut verschmiert, waschen Sie Ihren Finger ab und drücken Sie ihn anschließend wieder fest.

Zeigen Sie mit dem Finger nach unten.

Berühren Sie die Spitze des Röhrchens vorsichtig mit Ihrem Blut.

Wenn Sie nicht genügend Blut erhalten haben, waschen Sie Ihren Finger ab und drücken Sie ihn anschließend wieder fest.

Wenn Sie immer noch nicht über genügend Blut verfügen, das das Röhrchen vollständig zu füllen ist, ist das Testergebnis ungernau.

Fahren Sie nicht weiter fort. Machen Sie einen neuen Test.

Abschließen des Tests

Was passiert, wenn das Blut nicht vom Röhrchen in die Verteilung gelangt?

Stellen Sie sicher, dass das Röhrchen vollständig auf die Verteilung gedreht wurde.

Wenn das Blut immer noch nicht in die Verteilung gelangt, fahren Sie nicht weiter fort.

Wenn Sie nicht genügend Blut erhalten haben, waschen Sie Ihren Finger ab und drücken Sie ihn anschließend wieder fest.

Sie sind nicht sicher, wie Sie 4 Tropfen aus der Flasche hinzulegen sollen?

Die 4 Tropfen müssen in die Verteilung über das Blut gegeben werden.

Die 4 Tropfen müssen in die Verteilung über das Blut gegeben werden.

Schütteln Sie die Flasche nicht.

Richten Sie die Flasche nach unten und drücken Sie sie dann zusammen.

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie das Ergebnis ablesen sollen?

Achten Sie darauf, 15 Minuten zu warten. Warten Sie nicht länger als 20 Minuten.

Die Linien bei „T“ und „C“ zeigen Ihr Ergebnis an.

Auf der vorigen Seite finden Sie ein farbiges Kästchen, das Ihren Ergebnis entspricht.

Weitere Informationen über das Ergebnis finden Sie im nächsten Abschnitt „Über Ihr Ergebnis“.

Weitere Informationen und Kontaktdaten von lokalen Unterstützungsstellen finden Sie auf der im Lieferumfang enthaltenen Begleitkarte.

HIV-1/2-Blut-Schnellselbsttest

Über Ihr Ergebnis

Befor Sie beginnen

Öffnen Sie die Folienverpackung erst, wenn Sie die Anleitung gelesen haben und bereit sind, den Test durchzuführen. Sofort nach dem Öffnen verwenden.

Einfachheit des Fingers

Kann ich eine Infektion bekommen, wenn ich meinen Finger einschneide?

Der Test verzichtet auf eine interne sterile Lanzette, um den Finger einzuschneiden und eine Blutprobe zu erhalten. Die grüne Sterilitätsblase stellt sicher, dass die Lanzette vor der Anwendung steril bleibt.

Wenn der Test gemäß den Anweisungen inklusive Händewaschen durchgeführt wird, besteht nur ein minimales Infektionsrisiko durch die Anwendung des HIV-Selbsttests.

Haben Sie Probleme beim Entfernen der grünen Sterilitätsblase?

Drehen Sie die grüne Sterilitätsblase zuerst um 90° und ziehen Sie sie dann heraus.

Was ist das „diagnostische Fenster“?

Nach der Exposition mit HIV kann es bis zu 12 Wochen dauern, bis Ihr Körper darin ist, diese Antikörper zu produzieren. Diese Zeit während der Latenzperiode kann sehr lang sein. Wenn während dieser Zeit getestet wird, besteht nur ein minimales Infektionsrisiko durch die Anwendung des HIV-Selbsttests.

Haben Sie Probleme beim Entfernen der grünen Sterilitätsblase?

Drehen Sie die grüne Sterilitätsblase zuerst um 90° und ziehen Sie sie dann heraus.

Ist die Taste drüber? Versuchen Sie es noch einmal und drücken Sie kräftig.

Keine Sorge. Es fühlt sich an wie ein Gummiband, das gegen den Finger schnippt.

Sie werden die Nadel nicht sehen.

Sie haben die graue Taste gedrückt, seien aber kein Blut?

Ist die Taste drüber? Versuchen Sie es noch einmal und drücken Sie kräftig. Hinweis: Sticht nur einmal!

Ist die Taste drinnen? Drücken Sie Ihren Finger fest zu einem Punkt. Wenn Sie weiter kein Blut sehen, fehren Sie nicht weiter fort, sondern machen Sie einen neuen Test.

Füllen des Blutentnahmehröhrchens

Sie wissen nicht, wohin mit dem Blut?

Das Blutentnahmehröhren ist strobiegel, wie im Diagramm zu Schritt 7 auf der vorderen Seite zu sehen.

Füllen Sie das Blut nicht in das Loch der grauen Taste.

Füllen Sie das Blut nicht direkt in die Verteilung.

Füllen Sie das Blutentnahmehröhren. Es misst die richtige Menge an Blut ab.

Wenn Sie das Röhrchen mit der Haut berühren, hat dies keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Sie können das Blutentnahmehröhren nicht füllen?

Wenn das Blut verschmiert, waschen Sie Ihren Finger ab und drücken Sie ihn anschließend wieder fest.

Zeigen Sie mit dem Finger nach unten.

Berühren Sie die Spitze des Röhrchens vorsichtig mit Ihrem Blut.

Wenn Sie nicht genügend Blut erhalten haben, waschen Sie Ihren Finger ab und drücken Sie ihn anschließend wieder fest.

Wenn Sie immer noch nicht über genügend Blut verfügen, das das Röhrchen vollständig zu füllen ist, ist das Testergebnis ungernau.

Fahren Sie nicht weiter fort. Machen Sie einen neuen Test.

Abschließen des Tests

Was passiert, wenn das Blut nicht vom Röhrchen in die Verteilung gelangt?

Stellen Sie sicher, dass das Röhrchen vollständig auf die Verteilung gedreht wurde.

Wenn das Blut immer noch nicht in die Verteilung gelangt, fahren Sie nicht weiter fort.

Wenn Sie nicht genügend Blut erhalten haben, waschen Sie Ihren Finger ab und drücken Sie ihn anschließend wieder fest.

Sie sind nicht sicher, wie Sie 4 Tropfen aus der Flasche hinzulegen sollen?

Die 4 Tropfen müssen in die Verteilung über das Blut gegeben werden.

Die 4 Tropfen müssen in die Verteilung über das Blut gegeben werden.

Schütteln Sie die Flasche nicht.

Richten Sie die Flasche nach unten und drücken Sie sie dann zusammen.

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie das Ergebnis ablesen sollen?

Achten Sie darauf, 15 Minuten zu warten. Warten Sie nicht länger als 20 Minuten.

Die Linien bei „T“ und „C“ zeigen Ihr Ergebnis an.

Auf der vorigen Seite finden Sie ein farbiges Kästchen, das Ihren Ergebnis entspricht.

Weitere Informationen über das Ergebnis finden Sie im nächsten Abschnitt „Über Ihr Ergebnis“.

Weitere Informationen und Kontaktdaten von lokalen Unterstützungsstellen finden Sie auf der im Lieferumfang enthaltenen Begleitkarte.

HIV-1/2-Blut-Schnellselbsttest

Zusammenfassung des Tests

Lagerung

Der HIV-Selbsttest besteht aus einer Papier-Teststreifen in einer Konservierflasche in Plastik. Der Test wird durchgeführt, indem ein kleiner Tropfen Blut auf den Teststreifen gegeben und dann Tropfen der Testflüssigkeit (Verdünnungsmittel) aufgetragen werden. Nach Abschluss des Tests können zwei Linien auf dem Papierstreifen erscheinen. Eine sichtbare Linie auf der Bande von Papier ist die Kontrolllinie. Die zweite Linie auf der Bande von Papier ist die Testlinie. Ein Teststreifen für HIV ist pro Tag für 10 Minuten ein Ergebnis lieferbar. Wenn ein Ergebnis nicht innerhalb von 15 Minuten erreicht wird, muss der Teststreifen wiederholt werden.

Entzündung

Um den HIV-Selbsttest zu entzünden, legen Sie den Test und gesammelten Inhalt der Box in den Entsorgungskasten. Der Beutel kann dann verschlossen und über den Haushalt entsorgt werden.

Was ist das „diagnostische Fenster“?

Nach der Exposition mit HIV kann es bis zu 12 Wochen dauern, bis Ihr Körper darin ist, diese Antikörper zu produzieren. Diese Zeit während der Latenzperiode kann sehr lang sein. Wenn während dieser Zeit getestet wird, besteht nur ein minimales Infektionsrisiko durch die Anwendung des HIV-Selbsttests.

Haben Sie Probleme beim Entfernen der grünen Sterilitätsblase?

Drehen Sie die grüne Sterilitätsblase zuerst um 90° und ziehen Sie sie dann heraus.

Was passiert, wenn mein Testergebnis NEGATIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis POSITIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis NEGATIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis POSITIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis NEGATIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis POSITIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis NEGATIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis POSITIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr als 3 Monate seit Ihrem letzten Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind. Falls ja, und wenn Sie den Test richtig durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich HIV-negativ. Wenn weniger als 3 Monate seit Ihrem Risiko- oder Kontaktzeitpunkt vergangen sind, müssen Sie in 3 Monaten erneut einen Test durchführen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich weitere Informationen über das Ergebnis entnehmen.

Was passiert, wenn mein Testergebnis NEGATIV ist?

Es ist wichtig zu wissen, ob mehr